



Универзитет у Београду
**ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У
БОРУ**
☎+381(0) 30 424 - 555,
факс: 030 421 – 078
PIB: 100629192, MB: 07130210

University of Belgrade
**TECHNICAL FACULTY IN
BOR**
☎+381 (0)30 424 - 555,
fax: 030 421 – 078
PIB: 100629192, MB: 07130210



Војске Југославије 12, 19210 Бор, п. факс 50

SVIM PONUĐAČIMA
u postupku javne nabavke male vrednosti broj 18

Predmet: Odgovor Komisije za javnu nabavku male vrednosti broj 18 na Zahtev za dodatnim informacijama/pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude. Povodom prispelih Zahteva za dodatnim informacijama/pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku, broj 18, u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), dostavljamo vam odgovor.

Pitanje 12:

Vezano za objavljeno pojašnjenje tehničke specifikacije za JN br. 18, Partija 10, pozicija 2:

2. WF10x/30.5mm okular sa mernom skalom ili mikrometrom , kom. 1, da je okular potreban za invertni metalografski mikroskop Carl Zeiss Jena Epytip 2 koji se već veoma dugo neproizvodi i od proizvođača Zeiss smo obavešteni da nije moguće obezbediti odgovarajući okular. Ukoliko bi se isporučio okular nekog drugog proizvođača ne možemo da garantujemo: prvo, da li uopšte takav okular može da se montira na Vaš mikroskop, drugo i ako bi mogao da se montira, postojala bi razlika između tog novog okulara i postojećeg drugog okulara na mikroskopu. S'obzirom na predhodno, predlažemo da ovu poziciju uklonite iz Partije 10 i objavite izmenu tenderske dokumentacije.

Odgovor 12:

Komisija smatra da se navedena stavka ne treba ukloniti iz partije 10 jer je lako dostupna ponuđačima. Naime, u ovom slučaju nije bitan proizvođač okulara već da odgovara mikroskopu sa prečnikom tubusa od 30,5 mm, kao i da poseduje uvećanje od 10 puta i mernu skalu.

Komisija za javnu nabavku:

prof. dr Milan Radovanović
doc. dr Ivana Marković
doc. dr Zoran Štirbanović
doc. dr Milan Gorgievski
Nataša Milenković
Miloš Blagojević